

一、项目简介

说明					
预算单价 (万元)	2.98	数量	1 台	预算总价 (万元)	2.98
项目经费来源	医院经费	省财政专用		科教经费	其他
	√				

二、拟购置设备的主要参数、重要条款 (“▲” 号参数)

一、基本要求:

- 1、动力手柄转速: 0~35000rpm/min 无级调速, 具备交直流两用, 可低温等离子消毒或高温消毒。
- 2、开颅钻组件及开颅钻头: 具有悬浮式三刃定心钻头, 切削量: $\geq 600\text{mm}^3$, 支持高温高压消毒。
- 3、开颅铣: 具备 $< 60^\circ$ 角的手术操作, 支持高温高压消毒。
- 4、铣刀针: 螺旋状, 菱形刃口。
- 5、充电电池: 14V $\pm$ 1V, 高密度电池。

二、配置清单:

- | | |
|--------------|-----|
| 1、动力手柄 | 1 台 |
| 2、开颅钻组件及开颅钻头 | 1 套 |
| 3、开颅铣 | 1 套 |
| 4、铣刀针 | 2 支 |
| 5、充电器 | 1 台 |
| 6、充电电池 | 2 块 |
| 7、颅钻扳手 | 1 支 |
| 8、钻夹头钥匙 | 1 支 |
| 9、包装箱 | 1 个 |
| 10、快捷操作卡 | 1 张 |
| 11、设备资料 | 1 套 |

