

一、项目简介

说明					
预算单价 (万元)	4.5	数量	1 台	预算总价 (万元)	4.5
项目经费来源	医院经费	省财政专用		科教经费	其他
	√				

二、拟购置设备的主要参数、重要条款 (“▲” 号参数)

一、基本要求:

- 1、目镜要求: 大视野 WF10X, FN:20mm 或以上。
- 2、物镜要求: 无限远平场消色差 4X/0.10, 无限远平场消色差 10X/0.25, 无限远平场消色差 40X/0.65。
- 3、目镜筒要求: 三目镜 倾斜 30 度, 瞳间距: 55~75mm, 挡光盖。
- 4、▲具备自动装置自动对焦功能。
- 5、物镜具备四孔转换器。
- 6、▲具备全自动载物台(尺寸:90mmX90mm±5%, 移动范围: 20mmX20mm±5%, 高度: 45mm±5%, 玻片卡槽尺寸: 25mmX75mm±5%)。
- 7、▲具备荧光照明装置: ≥3W B、G LED 激发光源, 荧光激发滤片组: 蓝 (B) EF: 450~490nm, BF: 520nm。
- 8、具备 CCD 接口。
- 9、显微镜摄像头: 有效像素≥600W。
- 10、▲具备图文报告系统: 自动采集>60 张图片自动分析图文报告系统。

二、配置清单:

- | | |
|----------------|-----|
| 1、主控机箱 | 1 台 |
| 2、荧光模组 | 1 套 |
| 3、高眼点平场目镜 | 2 个 |
| 4、无穷远平场消色差物镜 | 4 个 |
| 5、机架 | 1 台 |
| 6、三筒目镜组 | 1 套 |
| 7、摄像接筒 | 1 个 |
| 8、显微镜摄像头 | 1 个 |
| 9、工作站 | 1 套 |
| 10、全自动分析图文报告系统 | 1 套 |
| 11、设备资料及软件 | 1 套 |
| 12、快捷操作卡 | 1 张 |

