

一、项目简介

说明					
预算单价 (万元)	2.2	数量	2 台	预算总价 (万元)	4.4
项目经费来源	医院经费	省财政专用		科教经费	其他
	√				

二、拟购置设备的主要参数、重要条款 (“▲” 号参数)

一、基本要求:

- 1、具备自动温度控制，液晶数字显示。
- 2、具备煎药包装一体化，高温玻璃缸锅体可视，同时煎煮一至三个处方。
- 3、具备加热盘内外环的不同温度，实现文武火自动转换；带有手工挤压杆，挤压药包中的残液。
- 4、▲液体包装具备无液自动停机，防止包装材料的浪费及避免包装机头塑料卷的粘连。
- 5、包装袋自 50ml 至 300ml 可任意设置，包装数量设定 0 至 999 袋。
- 6、煎药温度可调，适用于不同患者不同剂量的需求，满足《煎药室规范》要求的不同剂量药。
- 7、具备万向轮及刹车。

二、配置清单 (每台):

- | | |
|---------|------|
| 1、主机 | 1 台 |
| 2、过滤网 | 3 个 |
| 3、不锈钢网桶 | 3 个 |
| 4、挤药器 | 1 个 |
| 5、随机铭牌 | 1 套 |
| 6、无纺布袋 | 10 条 |
| 7、包装袋 | 1 组 |
| 8、设备资料 | 1 套 |
| 9、快捷作卡 | 1 张 |

