

一、项目简介

说明					
预算单价 (万元)	0.95	数量	1 台	预算总价 (万元)	0.95
项目经费来源	医院经费	省财政专用		科教经费	其他

二、拟购置设备的主要参数、重要条款 (“▲” 号参数)

一、基本要求:

- 1、输出波形要求: 脉冲波形为双向不对称方波 (矩形波), 调制波为方波。
- 2、输出频率要求:
 - (1) 第一档: 输出脉冲频率为 500Hz 调制波频率为 0.5Hz~5Hz。
 - (2) 第二档: 输出脉冲频率为 0.5Hz~5Hz。
 - (3) 允差为每档最高频率的±15%。
- 3、脉冲宽度和调制波脉宽要求:
 - (1) 第一档: 输出脉冲宽度为 1ms, 调制波脉宽为 10ms, 允差±30%。
 - (2) 第二档: 输出脉冲宽度为 10ms, 允差±30%。
- 4、输出强度要求: 仪器各路独立输出, 在 500Ω 负载阻抗时, 每路输出电流峰值 I_p 从 0mA~100mA 连续可调, 最大输出值允差±30%。
- 5、定时时间要求: 定时设置可分为 5min、10min、15min、20min、25min、30min 六档, 允许偏差±10%。

二、配置清单:

- 1、主机 1 台
- 2、输出电缆和电极 1 套
- 3、设备资料 1 套
- 4、快捷操作卡 1 张