

## 一、项目简介

说明					
预算单价 (万元)	0.98	数量	2台	预算总价 (万元)	1.96
项目经费来源	医院经费	省财政专用		科教经费	其他

## 二、拟购置设备的主要参数、重要条款 (“▲”号参数)

### 一、基本要求:

- 1、适用于炎症性疾病、疼痛性疾病、软组织、骨关节疾病等康复用。
- 2、电源电压:  $\sim 220V \pm 22V$  50Hz  $\pm 1Hz$ 。
- 3、输入功率:  $\leq 1000VA$ 。
- 4、治疗仪工作频率采用 40 MHz  $\pm 1.5\%$ 或 27MHz  $\pm 1.5\%$ 。
- 5、具有自动预热、自动报警、治疗智能定时、声光提示, 过压自动归零保护。
- 6、最大输出功率:  $\leq 200W$ 。
- 7、电子定时: 定时精准, 0~99 分钟任意可调 (治疗结束自动停机并发出声音提示)。
- 8、输出电缆: 防辐射、耐高温、损耗小, 两线交叉不打火。

### 二、配置清单 (每台):

- |               |     |
|---------------|-----|
| 1、主机          | 1台  |
| 2、电极板 (大、中、小) | 各1对 |
| 3、输出电缆        | 2条  |
| 4、电子管         | 4只  |
| 5、设备资料        | 1套  |
| 6、快捷作卡        | 1张  |