

一、项目简介

说明					
预算单价 (万元)	2.48	数量	2台	预算总价 (万元)	4.96
项目经费来源	医院经费	省财政专用		科教经费	其他

二、拟购置设备的主要参数、重要条款 (“▲”号参数)

一、技术参数要求:

1. 具备通过 EMC 电磁兼容测试, 确保内部信息化系统弱线路不受电磁信号干扰。
- ▲2. 具备 LED 冷光源, 芯片使用寿命不少于 8 万小时, 照度可达 40000~180000Lux 可实现无极调光非多档调节, 色温在 3700K~5000K 区间, 无极调光非多档调节。
3. 具备显色指数 85~98; 光柱深度 $\geq 1300\text{mm}$; 术者头部温升 $< 1^{\circ}\text{C}$ 。
4. 发光芯片具备分项控制技术, 保证单路单颗 LED 损坏, 不影响手术的正常进行。
5. 灯头控制器具备智能液晶屏控制器, 可进行电源开关、照度、色温的调节。
- ▲6. 灯体具备圆形, 母灯 $\geq 500\text{mm}$, 子灯 $\geq 500\text{mm}$ 。
7. 通过旋转消毒手柄, 可调节无影灯光斑大小和聚光效果, 光斑直径 160~280mm, 适用于多种手术照明需求。
8. 中置消毒手柄可任意拆卸, 耐温不低于 134°C 、耐高压不低于 20kPa, 可高温高压蒸汽灭菌。
- ▲9. 灯臂具备万向关节联动结构, 便于操作、定位精准, 可 360° 旋转; 具备疲劳校正装置和定位手感调节装置。
10. 电源: AC100~240V 50HZ。

二、主要配置清单:

- | | |
|------------|-----|
| 1. 大护罩 | 2 套 |
| 2. 护罩底托 | 2 件 |
| 3. 开关电源 | 4 件 |
| 4. 旋转臂+固定座 | 2 套 |
| 5. 平衡臂 | 4 套 |
| 6. 灯头 | 4 套 |
| 7. 消毒手柄 | 8 件 |
| 8. 设备资料 | 2 套 |
| 9. 快捷操作卡 | 2 张 |