

一、项目简介

说明					
预算单价 (万元)	0.28	数量	17张	预算总价 (万元)	4.76
项目经费来源	医院经费	省财政专用		科教经费	其他
	✓				

二、拟购置设备的主要参数、重要条款 (“▲”号参数)

<p>一、技术参数：</p> <p>1、▲规格：2100mm（长）×1000mm（宽）（含护栏）×500mm（高）±50mm。</p> <p>1. 床头床尾板具备ABS强化塑料一次性注塑成型，厚≥70mm，采用插入式装置，操作简单，拆卸方便，拆卸后床头床尾框无突出异物，可兼作CPR急救，床尾板外侧有病人信息卡插槽。</p> <p>2. ▲具备双组摇手、可调节患者背部、腿部体位升降，背部上升≥65°，脚部上升≥30°，床体承载重量≥200kg。</p> <p>3. 护栏可收缩平放，具备单式按键快速定位保险开关，护栏旋下时，略低于床垫，防止床垫移位，且具有防夹手功能。</p> <p>4. 床板具备冷轧钢板模压一次拉伸成型，具有多孔设计，便于透气，兼有防滑功能。</p> <p>5. ▲床体前后安装防护装置及防撞滚轮，有效减免转运病人时往来穿梭带来意外的撞击造成的设备设施损坏，床边具备点滴架插孔和引流挂钩。</p> <p>6. 具备≥5寸带刹车装置全包脚轮。</p> <p>7. 床体表面涂料具备抗菌、防霉作用。</p> <p>二、主要配置清单：</p> <p>1、病床 17张</p> <p>2、输液架 17支</p> <p>3、床垫 17张</p> <p>4、杂物架 17个</p> <p>5、床头柜 17个</p> <p>三、其它：保修≥6年。</p>
