

一、项目简介

说明					
预算单价 (万元)	2.4	数量	2 台	预算总价 (万元)	4.8
项目经费来源	医院经费	省财政专用		科教经费	其他

二、拟购置设备的主要参数、重要条款 (“▲”号参数)

一、技术参数:

1. ▲肩关节牵引架长度调节范围:100~160cm±5cm;角度调节范围:40~140° ±5°。
2. 肩关节牵引架可以通过机械式齿轮摇把操作整体升降,根据手术需要位置锁定,横臂可以360°调节。
3. 具备移动推车,牵引主体可拆卸。
4. 袖套可重复使用、可清洗、可消毒(低温等离子/环氧乙烷)。
5. ▲具备砝码:0.5kg、1kg、2kg、3kg、5Kg 一套。

二、主要配置清单:

- | | |
|-------------|------|
| 1. 304 不锈钢架 | 2 副 |
| 2. 手术床边轨夹 | 2 件 |
| 3. 弹力袖套 | 2 副 |
| 4. 四肢牵引架 | 2 副 |
| 5. 砝码 | 10 个 |
| 6. 设备资料 | 2 套 |

三、其它:保修≥3 年。