

一、项目简介

说明					
预算单价 (万元)	1.5	数量	2 台	预算总价 (万元)	3
项目经费来源	医院经费	省财政专用		科教经费	其他
	√				

二、拟购置设备的主要参数、重要条款 (“▲” 号参数)

一、技术参数: 1、采用高浓度臭氧消毒,消毒完毕后自动还原为氧气。 2、▲具备双管路设计,可同时对2个床单位、4床被褥进行消毒。 3、整机运行噪音≤55dB。 4、▲产品在全国消毒产品网上备案信息服务平台有备案(提供相关备案截图)。 5、▲臭氧产出量≥4970mg/h,臭氧浓度≥3000mg/m³,臭氧泄漏量≤0.01mg/m³。(提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告) 6、▲消毒效果要求: 1、对大肠杆菌杀灭率≥99.9%; 2、对金黄色葡萄球菌杀灭率≥99.9%; 3、对白色念珠菌的杀灭率≥99.9%。(提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告)		
二、配置清单: 1、主机 2台 2、可重复使用消毒袋 12个 3、可重复使用消毒罩 12个 4、消毒软管 4套 5、设备快捷操作卡 2张 6、设备资料 2套		
三、其它: 主机保修≥3年。		