

一、项目简介

项目名称	非接触式眼压计				
预算单价 (万元)	9	数量	1 台	预算总价 (万元)	9
项目经费来源	医院经费	省财政专用		科教经费	其他
	√				

二、拟购置设备的主要参数、重要条款（“▲”号参数）

一、功能要求 1、具备≥10 寸触摸屏。 2、具备自动对焦、自动追踪眼球功能。 ▲3、具备自动识别眼别、眼位功能。 ▲4、具备内部固视灯。 5、具备多种 CCT 校正眼压公式。 6、具备电动颌托。 7、颌托调节范围≤65mm。 8、具备 0-30mmHg/0-60mmHg 两种测量范围。 9、测量精度:1mmHg/0.1mmHg。 10、垂直运动范围≥40mm。 11、前后运动范围≥40mm。 12、左右运动范围≥90mm。 13、工作距离:≥11mm。 14、具备内置打印机。 ▲15、具备安全防护功能;有安全限位锁。		数量 1 单位 台 预算单价 9 预算总价 9
二、配置要求 1、主机 1 台 2、升降台 1 张 3、设备资料 1 套 4、快捷操作卡 1 张		