

一、项目简介

项目名称	植皮机				
预算单价 (万元)	9.5	数量	1台	预算总价 (万元)	9.5
项目经费来源	医院经费	省财政专用		科教经费	其他
	√				

二、拟购置设备的主要参数、重要条款（“▲”号参数）

<p>一、功能要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、具备一次切割$\geq 196(14*14)$块正方体，皮片规格:3mm*3mm。 2、具备驱动方式:手动。 3、具备圆刀组≥ 13组，间距3mm; ▲ 4、具备刀片硬度:$\geq 650HV10$（维氏硬度）或56HRC(洛氏硬度)。 5、具备刀片直径≥ 38mm。 6、具备切割器规格:13*13。 7、切割皮片尺寸≥ 42mm宽。 ▲ 8、具备齿状分离器:45x38x30mm² ▲ 9、切割后皮片扩展比例与移植覆盖创面包括1:3 (≥ 50cm²)、1:4 (≥ 70cm²)、1:6 (≥ 100cm²)。 <p>二、配置要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、主机架1台 2、圆刀组1组 3、手柄装置1套 4、齿状分离器1个 5、消毒盒1个 6、设备资料1套 7、快捷操作卡1张

