

一、项目简介

项目名称	临时起搏器				
预算单价 (万元)	4.9	数量	1 台	预算总价 (万元)	4.9
项目经费来源	医院经费	省财政专用		科教经费	其他
	√				

二、拟购置设备的主要参数、重要条款（“▲”号参数）

一、功能要求：	
▲	1、起搏模式具备 AAI、VVI、AOO、VOO。 2、起搏频率包含 30~200ppm 范围，最高≥220ppm。 3、高频起搏包含 80~800ppm 范围。 4、要求输入阻抗≥40kΩ。 5、要求脉宽≤1.8ms。 6、灵敏度包含 0.5~20mV 范围。 7、要求不应期时长≤250ms。 8、具备起搏、感知指示灯。 9、电池寿命要求在 2-AA 电池（1.5V）在频率为 80 次/分钟，其他在开机缺省参数时能够运行≥7 天。 10、具备电池取出后持续工作≥30s。 ▲ 11、屏幕显示参数包括：心率、输出脉冲幅度、感知灵敏度、电池状态、起搏感知提示灯。 ▲ 12、具备开机自检功能。 13、具备电除颤保护、静电保护。 14、具备警报功能。
二、配置要求：	
1、主机	1 台
2、佩戴盒	1 个
3、导联线	1 根
4、设备资料	1 套
5、快捷操作卡	1 张



扫描全能王



扫描全能王 创建