

一、项目简介

项目名称	J 形臂牵开系统				
预算单价 (万元)	10	数量	1 套	预算总价 (万元)	10
项目经费来源	医院经费	省财政专用		科教经费	其他
	√				

二、拟购置设备的主要参数、重要条款（“▲”号参数）

一、功能要求：	
1、脑牵拉器主体采用不锈钢或更优材质，适用于多种手术体位，配备可变托手架式 J 型曲臂结构。	
2、具备多种可替换手术模块，适应不同手术入路与操作需求。	
3、具备快速固定夹、双头连接器、支撑杆、J 型曲臂、脑压板、软轴及专用消毒盒等组件。	
4、调脑牵拉器应支持多维度任意角度调节。	
▲5、具备床旁轨道导航手术功能，适配常见手术床旁轨。	
6、快速固定夹支持在导轨上任意位置快速调整与锁定。	
7、双头连接器具备分离式结构，支持 360° 旋转。	
▲8、支撑杆长度≥280mm，曲臂长度≥380mm，采用不锈钢或更优材质，表面哑光处理。	
9、软轴牵开器可在 J 型曲臂任意位置接入。	
10、软轴牵开器整体采用不锈钢或更优材质，表面经哑光处理。	
11、软轴具备串联扩展能力，可连接其他软轴及脑压板。	
▲12、软轴弯曲曲率半径≤1.50cm。	
13、软轴长度≥200mm，并提供 200mm~450mm 间多种规格可选。	
14、脑压板采用不锈钢或更优材质，表面哑光处理，可耐受高温高压灭菌并重复使用。	
二、配置要求：	
1、高温高压消毒盒	1 个
2、快速固定夹	1 个
3、双头连接器	2 个
4、J 型曲臂	1 个
5、支撑杆（直臂）	1 个
6、脑压板	5 个
7、软轴拉钩	2 个
8、消毒盒	1 个
9、设备资料	1 套
10、快捷操作卡	1 张

