

项目名称	生物显微镜				
预算单价 (万元)	1.6	数量	2 台	预算总价 (万元)	3.2
项目经费来源	医院经费	省财政专用		科教经费	其他
	√				

一、项目简介

二、拟购置设备的主要参数、重要条款（“▲”号参数）

一、技术参数：

▲1、齐焦距离 $\leq 45\text{mm}$ 的无限远光学系统；

▲2、铰链式观察筒，可进行瞳距及屈光度调节，瞳距调节范围 $\geq 48-75\text{mm}$ ，眼点可调节距离 $\geq 432.9\text{mm}$ ，倾斜角度 30° ，铰链式，光路视野 $\text{FN} \geq 20$ ；

▲3、物镜：4X（N.A. ≥ 0.1 ，WD ≥ 27 ）、10X（N.A. ≥ 0.25 ，WD ≥ 8 ）、40X（N.A. ≥ 0.65 ，WD ≥ 0.60 ），100X（N.A. ≥ 1.25 ，WD ≥ 0.13 ，oil）；

4. 调焦系统：同轴粗微调焦系统，带聚焦限位装置及松紧调，有粗调限位，可以进行张力调节，避免标本或物镜的损伤；

5、载物台：钢丝底部传动机械载物台，无突出锯齿状支架及轨道，保证安全；

6、目镜：高眼点宽视野的10倍目镜，视野数 $\geq 20\text{mm}$ ；

▲7、光源：LED照明系统，功率 $\leq 0.5\text{W}$ ，使用寿命 ≥ 20000 小时；

8、物镜转盘：与机身固定的内旋式 ≥ 4 孔物镜转盘；

9、显微镜机身号码及铭牌上注明MADE IN 产地。

配置清单：

1, 生物显微镜

1 台

2, 物镜 4X/10X/40X/100X

1 个

3, 防尘罩

1 个

4, 电源线

1 条

三、其它：

主机保修 ≥ 1 年。

三、论证专家小组意见：

