

一、项目简介

项目名称	头圈牵开系统				
预算单价 (万元)	12	数量	1 套	预算总价 (万元)	12
项目经费来源	医院经费	省财政专用		科教经费	其他
	√				

二、拟购置设备的主要参数、重要条款（“▲”号参数）

一、功能要求： 1、用途：用于神经外科深部手术中的脑组织牵开及固定，配套手术头架使用。 2、组成：包括头圈、固定夹、支撑杆、蛇形拉钩及多种常规型号脑压板等组件。 3、牵拉器头圈主体框架采用不锈钢或更优材质。 ▲4、头圈具备 360° 全方位调节功能，可折叠，软轴应实现在三维空间内任意角度调节，且不影响手术视野。 ▲5、头圈具备滑轨式结构，支持 360° 调节。 ▲6、固定锁可进行 360° 分离式旋转，能够沿三钉头夹导轨任意调整位置，并稳定固定。 ▲7、支撑杆采用不锈钢或更优材质，表面经哑光处理，可在连接固定锁（夹）后实现 360° 范围内灵活调整。 8、蛇形软轴牵开臂整体采用不锈钢或更优材质，由多个旋转钢珠串接组成，可实现任意位置和方向的固定与调节，软轴硬度可调。 9、蛇形软轴球表面应做哑光处理。 10、软轴应具备连接其他软轴及脑压板的功能。 11、软轴曲率半径≤1.50cm，长度≥200mm，并具备 200mm~450mm 等多种可调规格。 12、脑压板采用不锈钢或更优材质，支持高温高压灭菌，可重复使用。	
二、配置要求： 1、高温高压消毒盒 1 个 2、头圈 1 个 3、支撑杆 2 个 4、固定夹 2 个 5、蛇形臂软轴 2 个 6、脑压板 5 个 7、消毒盒 1 个 8、设备资料 1 套 9、快捷操作卡 1 张	

