

一、项目简介

项目名称	电脑中频治疗仪				
预算单价 (万元)	0.6	数量	5 台	预算总价 (万元)	3
项目经费来源	医院经费	省财政专用		科教经费	其他
	√				

二、拟购置设备的主要参数、重要条款（“▲”号参数）

一、技术参数要求： 1、输出通道：不少于四路中频加透热输出、四路离子导入直流输出、两路干扰电输出。 2、中频频率：1kHz~10kHz，单一频率允差±10%。 3、调制频率：0~150Hz，单一频率允差±10%或±1Hz 取大值。 4、中频载波波形：双向方波。 5、调制波形：正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。 6、调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。 7、脉宽：50 μs~500 μs，允差±10%。 8、中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5%。 9、干扰电性能 9.1、工作频率：4kHz，允差±10%。 9.2、调制频率：0.125Hz，允差±10%。 9.3、差频频率范围：0~112Hz，允差±10%或±1Hz 取较大值。 9.4、调幅度：0%、100%，允差±5%。 9.5、差频变化周期：5.5s、32s，允差±10%。 10、处方：至少 100 个固定处方。 11、中频输出电流：在 500 Ω 的负载下，每路输出电流不大于 100mA。输出强度分 0~99 级可调。 12、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于 10%。 13、中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超过 500V。 14、运行：输出设定到最大值时，将输出端开路运行 10min 后再短路运行 5min，治疗仪应能正常工作。 15、电极板温度：38℃~55℃，分 6 档可调，允差±3℃。 16、离子导入输出直流电流：在 500 Ω 的负载下，每路输出电流不超过 50mA，分 0~99 级可调。 17、治疗时间：治疗时间根据处方不同为 20min、25min、30min、40min、45min，治疗时间到了有音响提示，并停止输出，时间允差±1min。 二、主要配置清单（每台）： <table> <tr> <td>1. 设备主机</td><td>1 台</td></tr> <tr> <td>2. 电极线及电极片</td><td>2 套</td></tr> <tr> <td>3. 设备资料</td><td>1 套</td></tr> <tr> <td>4. 快捷操作卡</td><td>1 张</td></tr> </table>		1. 设备主机	1 台	2. 电极线及电极片	2 套	3. 设备资料	1 套	4. 快捷操作卡	1 张
1. 设备主机	1 台								
2. 电极线及电极片	2 套								
3. 设备资料	1 套								
4. 快捷操作卡	1 张								

