

一、项目简介

项目名称	放射性防护套装				
预算单价 (万元)	0.3	数量	10 套	预算总价 (万元)	3
项目经费来源	医院经费	省财政专用		科教经费	其他
	√				

二、拟购置设备的主要参数、重要条款（“▲”号参数）

一、设备主要要求： ▲1、防辐射衣铅当量：前身$\geq 0.5\text{mmpb}$ 和后身$\geq 0.25\text{mmpb}$（偏差$\pm 10\%$）。 ▲2、防辐射帽、防辐射围领$\geq 0.5\text{mmpb}$（偏差$\pm 10\%$）。 3、铅当量一致性：最大偏差不得超过标称值的 10%。 4、材料的耐磨性、防水性等要 YY/T 1492-2016《医用诊断放射学用铅橡胶和铅塑料板》中对于核心防护性能和物理性能的要求。 5、要求量身定制，并刺绣医院名称、科室名称。 ▲6、自验收合格交付临床使用开始质保期≥ 3 年，产品的有效使用期≥ 5 年，产品的生产日期距离交付使用日期≤ 2 个月。 二、配置要求：					
序号	产品名称	数量	单位	单价（元）	总价（元）
1	防护衣（连体无袖）	5	件	2100	10500
2	防护衣（分体无袖）	5	件	2100	10500
3	铅围脖	10	件	300	3000
4	铅帽	10	件	300	3000
5	铅短裤	10	件	300	3000
	总 计			3000	30000

