

## 一、项目简介

|              |        |       |    |              |     |
|--------------|--------|-------|----|--------------|-----|
| 项目名称         | 裂隙灯显微镜 |       |    |              |     |
| 预算单价<br>(万元) | 3.2    | 数量    | 3台 | 预算总价<br>(万元) | 9.6 |
| 项目经费来源       | 医院经费   | 省财政专用 |    | 科教经费         | 其他  |
|              | √      |       |    |              |     |

## 二、拟购置设备的主要参数、重要条款（“▲”号参数）

|   |
|---|
| <p>一、基本功能要求：</p> <p>▲1、变倍形式：鼓轮式≥5变倍。</p> <p>2、目镜：≥12.5X</p> <p>▲3、瞳距调节范围：55mm~70mm。</p> <p>4、屈光度调节：-5D~+2D。</p> <p>5、裂隙宽度：0~13mm连续可调。</p> <p>6、裂隙高度：2~13mm连续可调。</p> <p>▲7、光斑直径≥6种。</p> <p>8、滤色片≥4种。</p> <p>▲9、照明灯泡：LED灯。</p> <p>10、采集媒介：单反相机。</p> <p>▲11、像素≥1800万。</p> <p>二、配置要求（每台/包括但不限于以下配置）：</p> <p>1、主机 1台</p> <p>2、目镜 2个</p> <p>3、设备资料 1套</p> <p>4、快捷操作卡 1张</p> |
|---|

