

一、项目简介

项目名称	荧光免疫定量分析仪				
预算单价 (万元)	0.4	数量	1 套	预算总价 (万元)	0.4
项目经费来源	医院经费	省财政专用		科教经费	其他
	√				

二、拟购置设备的主要参数、重要条款（“▲”号参数）

一、技术参数：

1 检测方法

荧光免疫定量分析法

2 检测项目

降钙素原 (PCT)

3 检测速度

≥90 测试/小时

4 ▲样本类型

指尖血或末梢血

5 语言

中文或英文

6 设备扩展

支持与检验科系统和医院系统连接，数据实时共享。

7 条码扫描

支持条码扫描。

8 内置打印机

二、配置清单：

1、主机

1 台

2、设备资料

1 套

三、其它：

主机保修≥3 年。

