

一、项目简介

项目名称	血气分析仪				
预算单价 (万元)	4	数量	12	预算总价 (万元)	48
项目经费来源	医院经费	省财政专用		科教经费	其他
	√				

二、拟购置设备的主要参数、重要条款（“▲”号参数）

一、功能要求： 1、▲检测项目包括但不限于：血气，电解质，生化代谢物，血红蛋白衍生物等参数：血气；Hct、tHb（总血红蛋白）、COHb（碳氧血红蛋白）、MetHb（高铁血红蛋白）、酸碱度（PH），氧分压（PO2），二氧化碳分压（PCO2）；电解质；钠离子（Na+），钾离子（K+），氯离子（CL-），钙离子（Ca++）生化代谢物；葡萄糖（Glu），乳酸（Lac）等。 2、▲测试和计算项目≥40项。 3、样本量：全参数所需样本量≤150uL。 4、样本类型包括但不限于：动脉血，静脉血，动静脉混合血，毛细血管血。 5、进样方式包括但不限于：自动吸样进样，注射器和毛细管进样。 6、检测时间：从进样到出结果≤45s。 7、▲检测项目都具备全自动定标功能。 8、耗材安装后有效期≥30天；出厂有效期≥180天。 9、▲具备≥3个浓度水平的自动质控功能。 10、具备结果打印功能。 11、具备自动标记干扰物质功能。 12、支持有线、无线网络连接到医院 POCT 管理系统以及 LIS/HIS 系统，设备支持远程管理。 13、内置电池，断电后至少可完成 10 个样本的测试。 二、配置清单（每台/包括但不限于以下配置）： 1、主机 1 台 2、设备资料 1 套 3、快捷操作卡 1 份	
---	--

