

一、项目简介

项目名称	全自动免疫组化染色仪				
预算单价 (万元)	9	数量	1 套	预算总价 (万元)	9
项目经费来源	医院经费	省财政专用		科教经费	其他
	√				

二、拟购置设备的主要参数、重要条款（“▲”号参数）

一、技术参数要求：

- 1、具备全自动完成免疫组化、原位杂交、常规染色、多重染色实验流程的功能。
- ▲2、具备一体化集成式设计，无需外接电脑与打印机。
- 3、具备满足切片连续加载功能，同时处理的切片数量≥80 张。
- ▲4、具备加载试剂位≥68 个。
- 5、具备有毒废液和无毒废液排放收集功能。
- 6、具备水浴式修复方式。
- 7、具有液量检测功能，能实时显示试剂使用情况和试剂桶安装灯光指示。
- 8、具备切片手工取出自主添加一抗。
- 9、切片具备精准控温，范围为室温～99℃。
- 10、具备连接医院 LIS/HIS 信息系统。
- ▲11、具有按照切片信息类型自动分拣功能。
- ▲12、试剂孵育时区具备试剂混匀技术。

二、主要配置清单（包括但不限于以下配置）：

- | | |
|------------|-----|
| 1、主机 | 1 台 |
| 2、一抗试剂瓶架 | 8 个 |
| 3、二抗试剂瓶架 | 1 个 |
| 4、塑料玻片架 | 6 个 |
| 5、修复缸盖子 | 3 个 |
| 6、玻片标签打印设备 | 1 套 |
| 7、显示设备 | 1 套 |
| 8、设备资料 | 1 套 |
| 9、快捷操作卡 | 1 张 |

