

一、项目简介

项目名称	新生儿抢救台				
预算单价 (万元)	2.4	数量	2 台	预算总价 (万元)	4.8
项目经费来源	医院经费	省财政专用		科教经费	其他
	√				

二、拟购置设备的主要参数、重要条款（“▲”号参数）

一、基本要求： 1、▲适用范围：用于新生儿、病弱婴儿、早产儿进行体温保温、急救操作和体温监护。 具有预热、手控、肤温不少于3种温度控制模式。 具备独立的超温保护系统。 辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调。 2、婴儿床四周的有机玻璃挡板可向下翻转或拆卸。 3、具有自检功能，多种故障报警提示。 7、前面板具有温度校正功能。 8、具有肤温传感器脱落报警提示功能。 9、婴儿床下可放置X光射线拍片盒。 10、具有数据储存功能。 11、具有APGAR评分计时功能； 12、具有RS-232接口。 13、具备设置温度与皮肤温度分屏显示。 二、主要技术参数要求： 1、工作电源：AC220V/ 50HZ。 2、▲输入功率：≤600VA。 3、肤温控温范围：32℃~37.5℃。 4、▲肤温显示范围：5℃~65℃。 5、控温精度：≤0.5℃。 6、▲皮肤温度传感器精度：±0.2℃内。 7、床面温度均匀性：≤2℃。 8、辐射箱水平角度：0°~90°双向转动。 9、婴儿床倾斜角度：不少于三档可调。 10、具有故障报警：断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统等。 11、APGAR评分计时：运行至50"~1'、4'50"~5'、9'50"~10'时发出声光提示。
--



三、配置要求（包括但不限于以下配置）：

- | | |
|-----------|----|
| 1、新生儿抢救台 | 2台 |
| 2、控制仪 | 2台 |
| 3、皮肤温度传感器 | 2个 |
| 4、婴儿床 | 2张 |
| 5、托盘 | 2个 |
| 6、输液架 | 2个 |
| 7、机架 | 2个 |
| 8、设备资料 | 2套 |
| 9、快捷操作卡 | 2张 |

