

一、项目简介

项目名称	微波治疗仪				
预算单价 (万元)	2	数量	1 台	预算总价 (万元)	2
项目经费来源	医院经费	省财政专用		科教经费	其他
	√				

二、拟购置设备的主要参数、重要条款（“▲”号参数）

一、技术参数： 1、▲适用范围：用于对病人进行微波理疗照射和微波热凝治疗，适应症包含肝脏肿瘤、甲状腺良性结节、下肢静脉曲张。 2、▲工作频率：2400MHz±50MHz。 3、具备双路输出，可同时运行或单路运行。 4、输出功率：0~150W 连续可调。 5、治疗时间：0~30 min 连续可调。 6、具备过温、过载、误操作保护功能、术前自检及术中监控功能。 7、具备不少于两种测温功能及不少于两种超温保护措施，并可设置保护温度，当达到保护温度时，设备自动停止微波输出。 8、▲具备实时显示杆温、旁开温度和驻波比变化曲线显示。 9、工作电源：AC220V/ 50HZ													
二、配置清单（包括但不限于以下配置）： <table><tr><td>1、微波治疗仪</td><td>1 台</td></tr><tr><td>2、微波消融导管（含微波线缆）</td><td>2 根</td></tr><tr><td>3、脚踏开关</td><td>1 个</td></tr><tr><td>4、挂架</td><td>1 支</td></tr><tr><td>5、设备资料</td><td>1 套</td></tr><tr><td>6、快捷操作卡</td><td>1 张</td></tr></table>		1、微波治疗仪	1 台	2、微波消融导管（含微波线缆）	2 根	3、脚踏开关	1 个	4、挂架	1 支	5、设备资料	1 套	6、快捷操作卡	1 张
1、微波治疗仪	1 台												
2、微波消融导管（含微波线缆）	2 根												
3、脚踏开关	1 个												
4、挂架	1 支												
5、设备资料	1 套												
6、快捷操作卡	1 张												

