

一、项目简介

说明					
预算单价 (万元)	4	数量	1	预算总价 (万元)	4
项目经费来源	医院经费	省财政专用		科教经费	其他
	√				

二、拟购置设备的主要参数、重要条款（“▲”号参数）

一、技术参数要求：

- ▲1. 电位范围：±3 V
- ▲2. 槽压范围：±5 V
- ▲3. 电流量程：1 nA to 10 mA (8 档)
- ▲4. 电流范围：±30 mA
- ▲5. EIS 频率：10 μHz to 200 kHz
- 6. 外壳尺寸：11.8 * 6.8 * 3.3 cm
- 7. 供电方式：USB 或内置锂电池
- 8. 通信方式 USB 或蓝牙无线

二、配置清单：

- | | |
|------------|-----|
| 1. 主机 | 1 台 |
| 2. 设备快捷操作卡 | 1 张 |
| 3. 设备资料 | 1 份 |

三、其他：

主机保修≥1 年。

