

## 一、项目简介

项目名称	微波治疗仪				
预算单价 (万元)	2	数量	1台	预算总价 (万元)	2
项目经费来源	医院经费	省财政专用		科教经费	其他
	✓				

## 二、拟购置设备的主要参数、重要条款（“▲”号参数）

<p>一、技术参数：</p> <p>1、▲适用范围：用于对病人进行微波理疗照射和微波热凝治疗，适应下肢静脉曲张治疗。</p> <p>2、▲工作频率：2400MHz±50MHz。</p> <p>3、具备双路输出，可同时运行或单路运行。</p> <p>4、输出功率：0~150W 连续可调。</p> <p>5、治疗时间：0~30 min 连续可调。</p> <p>6、具备过温、过载、误操作保护功能、术前自检及术中监控功能。</p> <p>7、具备不少于两种测温功能及不少于两种超温保护措施，并可设置保护温度，当达到保护温度时，设备自动停止微波输出。</p> <p>8、▲具备实时显示杆温、旁开温度显示。</p> <p>9、工作电源：AC220V/ 50HZ</p> <p>二、配置清单（包括但不限于以下配置）：</p> <p>1、微波治疗仪 1台</p> <p>2、微波消融导管（含微波线缆） 2根</p> <p>3、脚踏开关 1个</p> <p>4、挂架 1支</p> <p>5、设备资料 1套</p> <p>6、快捷操作卡 1张</p>
---

