

1. 维修所更换配件需为相同型号的全新原厂配件，并提供维修记录；
2. 原则上要求 1 小时内响应，24 小时内完成，紧急情况以使用科室要求为准；
3. 每年至少进行 2 次常规保养，并提供详细的保养报告，确保机器符合标准《YY 0645-2018 连续性血液净化设备》和《JJF 1844-2020 连续性血液净化装置校准规范》；
4. 每年开机率 $\geq 95\%$ （按 365 天计算；每年停机不超过 18 天），原则上单次停机不超过 3 天；若未达到以上要求，每停机超过 1 天，保修期顺延 5 天；

