


## 一、项目简介

项目名称	全自动特定蛋白分析仪				
预算单价 (万元)	5	数量	1台	预算总价 (万元)	5
项目经费来源	医院经费	省财政专用		科教经费	其他
	√				

## 二、拟购置设备的参数、重要条款 (“▲”号参数)

<p>一、功能要求:</p> <p>1、支持血清(浆)、全血、尿液、脑脊液等样本种类</p> <p>▲2、检测速度≥300T/H</p> <p>3、支持多波长检测,波长范围覆盖340nm-900nm</p> <p>4、支持免疫散射比浊法、比色法</p> <p>5、具备速率法、终点法、两点法等多种分析模式</p> <p>6、具备样本预稀释、阶梯循环稀释、抗原过剩自动监测、高值样本自动稀释重测,支持用户自定义稀释等功能</p> <p>7、具备冷藏功能的试剂位数量≥60个</p> <p>8、具有样本位数量≥100个,支持模块化连续进样,可随时插入急诊样本</p> <p>9、具有反应杯数量≥80个可重复使用的反应杯,可自动清洗功能,减少交叉污染</p> <p>10、具有多点定标和单点定标功能</p> <p>11、具有条码扫描功能,也可手动输入样本信息</p> <p>12、具有液面检测功能,探针防撞保护功能,保证系统顺畅运行</p> <p>▲13、定标、质控、样本测试智能化管理;可实现远程质控管理、软件终身免费升级更新等</p> <p>14、具有支持原始采血管、尿沉渣管等直接上机功能</p> <p>15、具有与市场上主流血细胞分析仪、尿液流水线轨道等联机功能</p> <p>16、额定电压220V~,额定功率50HZ</p> <p>17、外接RS232、USB接口、支持LIS双向连接,足够的数据存储空间,支持外置条形码扫码枪、打印机</p> <p>18、具有二次抗原注入、二次抗体注入功能</p> <p>19、具有故障自动诊断,自动恢复,报警提示功能</p> <p>20、具有液面探测功能:自动液面检测技术,灵敏的凝块探测技术,探针防撞保护功能,保证系统顺畅运行</p> <p>▲21、具有以下项目检测功能:特定蛋白检测项目(免疫球蛋白A、免疫球蛋白G、免疫球蛋白M、免疫球蛋白E、补体C3、补体C4、KAP轻链、LAM轻链);蛋白项目(尿总蛋白、尿微量白蛋白、尿α1-微球蛋白、尿β2-微球蛋白、尿转帖蛋白),具有溯源性的校准品和配套质控品;尿生化项目(尿肌酐、尿尿素、尿血糖、尿淀粉酶)</p> <p>▲22、特定蛋白项目、尿液蛋白标志物在国家卫生健康委临床检验中心室间质</p>
--



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

评有独立分组


## 二、配置要求（包括但不限于）

- 1、特定蛋白分析仪主机 1 台
- 2、电源线 1 条
- 3、通针  $\geq 2$  个
- 4、工作站及配件 1 套
- 5、反应杯  $\geq 50$  个
- 6、稀释杯  $\geq 50$  个
- 7、样本架及组件 1 套
- 8、试剂架及组件 1 套
- 9、废液桶 1 个
- 10、浓缩清洗液 1 桶
- 11、合格证、保修卡、说明书、装机验收报告等 1 套

## 三、商务要求

- 1、设备质保期要求  $\geq 5$  年
- 2、LIS 端口接入费用由中标人负责。
- ▲3、耗材成本占比  $\leq 36\%$
- 4、标的提供的时间：合同签订后约定具体日期内完成供货、安装、调试、交付使用。
- 5、标的提供的地点：湛江中心人民医院指定地点
- 6、验收要求：根据政府采购有关规定以及招标文件要求、投标文件的承诺与合同标准进行验收。设备验收时，中标人需提供设备厂家三年质保承诺书
- 7、质保期内项目要求：
  - 7.1、质保期自验收合格之日起算，中标人对设备进行定期维护和保养服务
  - 7.2、中标人承诺质保期内每年设备的开机率（可用率） $\geq 95\%$ （以每年 365 天计算），即每年因设备故障原因造成的停机不超过 18 天，每超过一天相应保修期三倍顺延，并按合同约定赔偿采购人损失
  - 7.3、中标人接到设备出现故障通知，需在 1 小时内响应，12 小时内到达现场，24 小时内解决故障。接到设备出现故障通知后 48 小时内未解决故障的，由中标人负责提供同品牌同型号备用机给采购人使用
  - 7.4、中标人（或中标人所投产品的制造商）需在国内设有稳定的售后服务机构和团队，并配备受过专业培训的售后服务技术人员
  - 7.5、为保证设备正常运行，中标人（或中标人所投产品的制造商）需在国内设置备件库，中标人确保本次采购设备所必须的备件均储备在此备件库中，并承诺至少可供六年或以上的的时间，同时提供 400、800 或其它有效的售后服务电话
  - 7.6、中标人承诺提供临床应用培训和技术指导，保证采购人的使用人员能够正确操作设备的各项功能，和对采购人的设备科工程技术人员提供维护维修培训，提供纸质版和电子版培训资料
  - 7.7、中标人须提供维修维护手册、安装手册、使用手册、快速使用手册、系统软件、软件备份、故障代码表、备件清单、必备的零部件等维护维修必需的材料和信息，并移交给采购人
  - 7.8、中标人负责提供工作站（如有），并负责工作站接入医院信息系统
  - 7.9、中标人提供进入维修模式的 servicekey 或密码（如有）

CS 扫描全能王



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

7.10、中标人提供的设备所配套如有使用医用耗材和实验材料，须为药品和医用耗材招采管理系统平台或上级政府部门指定的交易平台挂网产品。中标人向采购人提供专机专用耗材的成交价格，不得高于省内三级医院同品规医用耗材的最低供应价

▲8、中标人的投标文件所提供的响应条款高于招标文件要求的，按中标人投标文件的规定执行；如投标文件内有描述不一致的，按高的响应标准执行

★9、如中标人所投产品纳入医疗器械管理，应具备有效的医疗器械注册证明（如为第一类医疗器械，应具备有效的医疗器械备案证明）；如中标人所投产品不纳入医疗器械管理，应提供相关证明材料或说明文件

★10、中标人提供的国产设备出厂日期到安装完毕日期不能超过三个月（注：进口设备不能超过六个月）

11、以上内容费用已包含在合同金额中，由中标人负责，不得再另行收费

