

## 一、项目简介

项目名称	耳显微手术器械				
预算单价 (万元)	4.05	数量	1组	预算总价 (万元)	4.05
项目经费来源	医院经费	省财政专用		科教经费	其他
	√				

## 二、拟购置设备的参数、重要条款 (“▲”号参数)

<p>一、功能要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 中耳息肉钳: 麦粒头, 直 0°, 头 3.5mm, 工作长度 ≥80mm, 头部夹持稳定不滑脱, 采用医用级不锈钢材料</li> <li>2. 中耳息肉钳: 杯形头, 上弯 45°, 2.0mm, 工作长度 ≥80mm, 头部咬切锋利, 采用医用级不锈钢材料</li> <li>3. 耳息肉剪: 剪刀刃, 直 0°, 3.5mm 刃长, 工作长度 ≥80mm, 头部咬切锋利, 采用医用级不锈钢材料</li> <li>4. 槌骨剪: 上开口, 头部尺寸 2.3mm, 工作长度 ≥80mm, 头部咬切锋利, 采用医用级不锈钢材料</li> <li>5. 乳突牵开器: 2:2 齿, 弯柄, 尖锐齿, 长度 ≥130mm</li> <li>6. 乳突牵开器: 2:2 齿, 弯柄, 钝圆齿, 长度 ≥130mm</li> <li>7. 显微耳针: 直尖头, 长度 ≥165mm</li> <li>8. 显微耳用钩: 45° 弯钩, 0.8mm, 长度 ≥165mm</li> <li>9. 显微耳用钩: 45° 弯钩, 1.0mm, 长度 ≥165mm</li> <li>10. 耳显微刀: 镰刀状, 长度 ≥165mm</li> <li>11. 耳显微刀: 0° 卵圆刀, 纵切, 2.5mm, 长度 ≥165mm</li> <li>12. 耳显微刀: 90° 圆刀, 环切, 1.0mm, 长度 ≥165mm</li> <li>13. 耳显微刀: 90° 圆刀, 环切, 1.5mm, 长度 165mm</li> <li>14. 中耳剥离器: 剥离器, 弯, 1.8mm, 长度 ≥165mm</li> <li>15. 耳刮匙: 双头、卵圆口, 0.6×0.8mm/0.8×1.0mm, 长度 ≥170mm</li> <li>16. 耳刮匙: 双头、卵圆口, 0.9×1.6mm/1.2×2.0mm, 长度 ≥170mm</li> <li>17. 耳鼓膜刀: 三角刃, 直, 长度 ≥165mm</li> <li>18. 吸引管: 弯, 带吸引控制, 直径 1.0mm, 工作长度 ≥85mm</li> <li>19. 吸引管: 弯, 带吸引控制, 直径 1.2mm, 工作长度 ≥85mm</li> <li>20. 吸引管: 弯, 带吸引控制, 直径 1.5mm, 工作长度 ≥85mm</li> <li>21. 吸引管: 弯, 带吸引控制, 直径 1.8mm, 工作长度 ≥85mm</li> <li>22. 吸引管: 头部下弯, 直径 1.5mm, 工作长度 ≥110mm</li> <li>23. 吸引管: 头部上弯, 直径 2.0mm, 工作长度 ≥110mm</li> </ol> <p>二、配置要求</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 中耳息肉钳: 1 把</li> <li>2. 中耳息肉钳: 1 把</li> <li>3. 耳息肉剪: 1 把</li> <li>4. 槌骨剪: 1 把</li> <li>5. 乳突牵开器: 2 把</li> </ol>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

6. 乳突牵开器:	2 把
7. 显微耳针:	1 把
8. 显微耳用钩:	1 把
9. 显微耳用钩:	1 把
10. 显微刀:	1 把
11. 显微刀:	1 把
12. 显微刀:	1 把
13. 显微刀:	1 把
14. 显微剥离器:	1 把
15. 耳刮匙:	1 把
16. 耳刮匙:	1 把
17. 显微刀:	1 把
18. 五官科吸引管:	3 把
19. 五官科吸引管:	3 把
20. 五官科吸引管:	3 把
21. 五官科吸引管:	3 把
22. 五官科吸引管:	1 把
23. 五官科吸引管:	1 把

### 三、商务要求

1、设备质保期要求 $\geq 1$ 年

2、标的提供的时间：合同签订后约定具体日期内完成供货、安装、调试、交付使用。

3、标的提供的地点：湛江中心人民医院指定地点

4、验收要求：根据政府采购有关规定以及招标文件要求、投标文件的承诺与合同标准进行验收。设备验收时，中标人需提供设备厂家 1 年质保承诺书

5、质保期内项目要求：

5.1、质保期自验收合格之日起算，中标人对设备进行定期维护和保养服务

5.2、中标人承诺质保期内每年设备的可用率 $\geq 95\%$ （以每年 365 天计算），即每年因设备故障原因造成的停机不超过 18 天，每超过一天相应保修期三倍顺延，并按合同约定赔偿采购人损失

5.3、中标人接到设备出现故障通知，需在 1 小时内响应，24 小时内到达现场，48 小时内解决故障。接到设备出现故障通知后 72 小时内未解决故障的，由中标人负责提供同品牌同型号备用机给采购人使用

5.4、中标人（或中标人所投产品的制造商）需在国内设有稳定的售后服务机构和团队，并配备受过专业培训的售后服务技术人员

5.5、为保证设备正常运行，中标人（或中标人所投产品的制造商）需在国内设置备件库，中标人确保本次采购设备所必须的备件均储备在此备件库中，并承诺至少可供六年或以上的的时间，同时提供 400、800 或其它有效的售后服务电话

5.6、中标人承诺提供临床应用培训和技术指导，保证采购人的使用人员能够正确操作设备的各项功能，和对采购人的设备科工程技术人员提供维护维修培训，提供纸质版和电子版培训资料

5.7、中标人须提供维修维护手册、安装手册、使用手册、快速使用手册、系统软件、软件备份、故障代码表、备件清单、必备的零部件等维护维修必需的材



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

料和信息，并移交给采购人

▲6、中标人的投标文件所提供的响应条款高于招标文件要求的，按中标人投标文件的规定执行；如投标文件内有描述不一致的，按高的响应标准执行

★7、如中标人所投产品纳入医疗器械管理，应具备有效的医疗器械注册证明（如为第一类医疗器械，应具备有效的医疗器械备案证明）；如中标人所投产品不纳入医疗器械管理，应提供相关证明材料或说明文件

★8、中标人提供的国产设备出厂日期到安装完毕日期不能超过三个月（注：进口设备不能超过六个月）

9、以上内容费用已包含在合同金额中，由中标人负责，不得再另行收费

