


一、项目简介

项目名称	鼻内镜手术器械				
预算单价 (万元)	4.9	数量	1批	预算总价 (万元)	4.9
项目经费来源	医院经费	省财政专用		科教经费	其他
	√				

二、拟购置设备的参数、重要条款 (“▲”号参数)

<p>一、功能要求:</p> <p>1、筛窦钳: 0° 小尖头, 工作长度≥105mm, 钳头开闭灵活, 无卡滞现象、刃口应锋利, 采用医用级不锈钢材料</p> <p>2、筛窦钳: 30° 小尖头, 工作长度≥105mm, 钳头热处理, 钳头开闭灵活, 无卡滞现象, 刃口应锋利, 采用医用级不锈钢材料</p> <p>3、鼻腔组织钳: 0° 尖碗, 工作长度≥105mm, 钳头热处理, 钳头开闭灵活, 无卡滞现象、刃口应锋利, 钳头最大张开度不小于 40°, 采用医用级不锈钢材料</p> <p>4、鼻腔组织钳: 30° 尖碗, 工作长度≥105mm、钳头热处理, 钳头开闭灵活, 无卡滞现象、刃口应锋利, 钳头最大张开度不小于 40°, 采用医用级不锈钢材料</p> <p>5、筛窦钳: 0° 大圆头, 工作长度≥105mm, 钳头热处理, 钳头开闭灵活, 无卡滞现象、刃口应锋利, 采用医用级不锈钢材料</p> <p>6、筛窦钳: 30° 大圆头, 工作长度≥105mm, 钳头热处理, 钳头开闭灵活, 无卡滞现象、刃口应锋利, 采用医用级不锈钢材料</p> <p>7、鼻骨复位钳: 采用医用级不锈钢材料</p> <p>8、剥离子(带吸引): Φ3, 剥离子头部应圆润、光滑, 无毛刺、锋棱现象, 吸引管通畅</p> <p>9、咬骨钳(反咬): 360° 旋转, 钳头开闭应轻松灵活, 不得有卡滞现象, 刃口应锋利, 头部经热处理, 采用医用级不锈钢材料</p> <p>10、上颌窦探针: 单头圆弧, 头部应尖锐、规则、匀称, 不得带有棱, 器械联接部位应牢固, 焊缝应平整、光滑, 不得有堆焊和虚焊等</p> <p>11、咬骨钳(蝶窦咬骨钳 可 360° 旋转): 360° 旋转, 钳头开闭应轻松灵活, 不得有卡滞现象, 刃口应锋利, 头部经热处理, 采用医用级不锈钢材料</p>	
<p>二、配置要求</p> <p>1、筛窦钳 0° 小尖头 2 把</p> <p>2、筛窦钳 30° 小尖头 2 把</p> <p>3、鼻腔组织钳 0° 尖碗 2 把</p> <p>4、鼻腔组织钳 30° 尖碗 2 把</p> <p>5、筛窦钳 0° 大圆头 3 把</p> <p>6、筛窦钳 30° 大圆头 3 把</p> <p>7、鼻骨复位钳 2 把</p> <p>8、剥离子(带吸引) 2 把</p> <p>9、咬骨钳(反咬) 3 把</p>	



- 10、上颌窦探针 3把
- 11、咬骨钳（蝶窦咬骨钳可360°旋转） 3把
- 三、商务要求
- 1、设备质保期要求 ≥ 1 年
 - 2、标的提供的时间：合同签订后约定具体日期内完成供货、安装、调试、交付使用
 - 3、标的提供的地点：湛江中心人民医院指定地点
 - 4、验收要求：根据政府采购有关规定以及招标文件要求、投标文件的承诺与合同标准进行验收。设备验收时，中标人需提供设备厂家1年质保承诺书
 - 5、质保期内项目要求：
 - 5.1、质保期自验收合格之日起算，中标人对设备进行定期维护和保养服务
 - 5.2、中标人承诺质保期内每年设备的可用率 $\geq 95\%$ （以每年365天计算），即每年因设备故障原因造成的停机不超过18天，每超过一天相应保修期三倍顺延，并按合同约定赔偿采购人损失
 - 5.3、中标人接到设备出现故障通知，需在1小时内响应，24小时内到达现场，48小时内解决故障。接到设备出现故障通知后72小时内未解决故障的，由中标人负责提供同品牌同型号备用机给采购人使用
 - 5.4、中标人（或中标人所投产品的制造商）需在国内设有稳定的售后服务机构和团队，并配备受过专业培训的售后服务技术人员
 - 5.5、为保证设备正常运行，中标人（或中标人所投产品的制造商）需在国内设置备件库，中标人确保本次采购设备所必须的备件均储备在此备件库中，并承诺至少可供六年或以上的时间，同时提供400、800或其它有效的售后服务电话
 - 5.6、中标人承诺提供临床应用培训和技术指导，保证采购人的使用人员能够正确操作设备的各项功能，和对采购人的设备科工程技术人员提供维护维修培训，提供纸质版和电子版培训资料
 - 5.7、中标人须提供维修维护手册、安装手册、使用手册、快速使用手册、系统软件、软件备份、故障代码表、备件清单、必备的零部件等维护维修必需的材料和信息，并移交给采购人
 - ▲6、中标人的投标文件所提供的响应条款高于招标文件要求的，按中标人投标文件的规定执行；如投标文件内有描述不一致的，按高的响应标准执行
 - ★7、如中标人所投产品纳入医疗器械管理，应具备有效的医疗器械注册证明（如为第一类医疗器械，应具备有效的医疗器械备案证明）；如中标人所投产品不纳入医疗器械管理，应提供相关证明材料或说明文件
 - ★8、中标人提供的国产设备出厂日期到安装完毕日期不能超过三个月（注：进口设备不能超过六个月）
 - 9、以上内容费用已包含在合同金额中，由中标人负责，不得再另行收费

