

一、项目简介

项目名称	医用冷藏柜				
预算单价 (万元)	1.5	数量	1台	预算总价 (万元)	1.5
项目经费来源	医院经费	省财政专用		科教经费	其他
	√				

二、拟购置设备的主要参数、重要条款 (“▲”号参数)

<p>一、技术参数:</p> <p>医用冷藏柜技术要求(2℃—8℃):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、适合环境温度 10℃—32℃, 湿度 60%以下使用; 2、立式医用冷藏箱, 要求为宽度≤0.7 米, 深度≤0.7 米, 高度不限; 3、有效容积≥ 450L, 具备透明门; 4、制冷剂要求无氟环保制冷剂; 5、微电脑温度控制, 数字温度显示, 可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在 2℃—8℃, 调节增量为 1℃; 6、安全系统设计两种报警方式(声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警);可实现高低温报警、传感器故障报警; 7、发泡门设计, 具备可选择安全门设计, 防止随意开启; 8、外箱材料采用冷轧钢板, 表面喷粉处理; 9、内胆材料采用 PS 板材; 10、多层搁物架设计(≥6 个搁物架), 可根据存放药品的规格合理地调整间隙, 充分利用空间; 11、产品具有医疗器械注册证, 并能提供相应的国家级检测中心出具的检测报告; 12、冰箱柜内含温湿度监测仪。 <p>二、配置清单:</p> <table> <tr> <td>1、主机</td> <td>1 台;</td> </tr> <tr> <td>2、温度检测仪</td> <td>1 个;</td> </tr> <tr> <td>3、湿度检测仪</td> <td>1 个;</td> </tr> <tr> <td>4、设备快捷操作卡</td> <td>1 张;</td> </tr> <tr> <td>5、设备资料</td> <td>1 套。</td> </tr> </table> <p>三、其它:</p> <p>主机保修≥3 年。</p>	1、主机	1 台;	2、温度检测仪	1 个;	3、湿度检测仪	1 个;	4、设备快捷操作卡	1 张;	5、设备资料	1 套。
1、主机	1 台;									
2、温度检测仪	1 个;									
3、湿度检测仪	1 个;									
4、设备快捷操作卡	1 张;									
5、设备资料	1 套。									

