

一、项目简介

项目名称	动态脑电图				
预算单价 (万元)	4.8	数量	1 台	预算总价 (万元)	4.8
项目经费来源	医院经费	省财政专用		科教经费	其他
	√				

二、拟购置设备的主要参数、重要条款（“▲”号参数）

一、技术参数：

1. 功能要求：由动态脑电放大器和配套分析系统组成，用于人体脑电信号检测、记录和分析。
2. ▲工作模式：支持动态、静态脑电图检测双模式；
3. ▲通道数量：≥16 道脑电信号，1 导心电信号，预留肌电、血氧、眼动等信号通道；
4. 具备可将 16 导脑电扩充至 32 导脑电功能；
5. 采样频率：≥4000Hz，存储频率：128-512Hz 可调；
6. 输入阻抗：≥10 兆欧，共模抑制比：≥110dB；
7. 液晶显示屏，实时显示波形记录信息、电池电量、时钟及参数设置；
8. 工作电源：2 节 5 号碱性电池，支持≥48 小时连续记录；
9. 体位功能：内置三维加速度传感器，记录体位及运动状态信息；
10. 通讯方式：支持读卡器和蓝牙两种方式；
11. 记录时间：最长支持≥72 小时记录，可自定义设置多种记录时间；
12. 存储介质：SD 卡≥32G；
13. 电极：纯银盘状电极；
14. 支持 EEG 单极导联/双极导联/平均导联切换；
15. 可设定数字滤波器频率参数、BEG 的走速和幅度标尺，支持在线测定 EEG 波幅、频三和间期等参数；
16. ▲工作站接入医院信息管理系统，具有远程脑电数据传输、远程签发诊断报告功能；
17. 设备使用年限：≥10 年。

二、配置要求：

- | | |
|--------------------|-----|
| 1. 工作站（含分析软件及打印设备） | 1 套 |
| 2. 动态脑电放大器 | 1 台 |
| 3. 蓝牙适配器 | 1 个 |
| 4. 导联线 | 2 套 |
| 5. 存储卡 | 2 张 |
| 6. 背包 | 2 个 |
| 7. 读卡器 | 1 个 |
| 8. 导电膏 | 2 件 |
| 8. 设备资料 | 1 套 |
| 9. 快捷操作卡 | 1 张 |

