

一、项目简介

项目名称	筋膜枪（深层肌肉刺激仪）				
预算单价 (万元)	0.05	数量	23 台	预算总价 (万元)	1.15
项目经费来源	医院经费	省财政专用		科教经费	其他
	√				

二、拟购置设备的主要参数、重要条款（“▲”号参数）

一、技术参数：	
1、驱动方式：无刷电机驱动。	
▲2、转速：最高转速≥3200rpm。	
3、按摩档位≥4 档可调。	
▲4、振动幅度≥6mm。	
5、具有电机保护功能，智能定时，默认工作时间 10min 自动停机。	
6、噪声≤60dB（A）。	
7、电源：内部直流电源，电池容量≥2000mAh，续航时间≥3 小时。	
8、充电接口：TYPE-C。	
▲9、按摩头：≥5 个（不少于球形头、扁平大头、小圆点痛点头、U 型头、锥形尖头等）。	
★10、产品具备医疗器械备案凭证；提供厂家医疗器械生产备案。	
▲11、质保：整机免费质保≥12 个月；终身提供维修、配件供应；故障响应≤24 小时。	
二、配置清单（包括但不限于以下配置）	
1、筋膜枪（含不少于 5 种按摩头）	23 台
2、充电器	23 个
3、设备资料（说明书、合格证等）	23 套