一、项目简介

项目名称	小儿检耳镜				
预算单价(元)	2100	数量	20 支	预算总价（元）	42000
项目经费来源	医院经费	省财政专用		科教经费	其他
	√				

二、拟购置设备的主要参数、重要条款（“▲”号参数）

一、参数要求：
1.镜主体：采用医用不锈钢材质。
2.光学结构：采用蓝宝石玻璃镜头。
3.视场角： ≥60°。
▲4.视向角：0°。
▲5.有效工作长度：110mm±5mm。
▲6.最大插入部外径：≤Φ3mm。
7.设计光学工作距 d0-10mm。
8.有效景深：3mm～100mm。
9.可高温高压或低温等离子消毒。

二、配置：
1. 检耳镜　　20 支
2. 消毒盒　　20 个

三、售后服务：质保≥3 年。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App
扫描全能王 3亿人都在用的扫描App