

一、项目简介

项目名称	鼻窦镜				
预算单价(元)	2100	数量	20 支	预算总价（元）	42000
项目经费来源	医院经费	省财政专用		科教经费	其他
	√				

二、拟购置设备的主要参数、重要条款（“▲”号参数）

<p>一、参数要求：</p> <p>1.镜主体：采用医用不锈钢材质。</p> <p>2.光学结构：采用蓝宝石玻璃镜头。</p> <p>3. 视场角： ≥70°。</p> <p>▲4.视向角： 0°。</p> <p>▲5.有效工作长度： 175mm±5mm。</p> <p>▲6.最大插入部外径： ≤Φ4mm。</p> <p>7. 设计光学工作距 d0-10mm。</p> <p>8.有效景深： 3mm～100mm。</p> <p>9.可高温高压或低温等离子消毒。</p> <p>二、配置：</p> <p>1. 鼻窦镜 20 支</p> <p>2. 消毒盒 20 个</p> <p>三、售后服务：质保≥3 年。</p>
--

