

一、项目简介

项目名称	救护车担架车				
预算单价 (万元)	0.3	数量	2 台	预算总价 (万元)	0.6
项目经费来源	医院经费	省财政专用		科教经费	其他
	√				

二、拟购置设备的主要参数、重要条款（“▲”号参数）

一、用途：用于转运病人上下救护车，可单人操纵担架车实现高低位自动转换，方便迅速抢救转移病人。	
二、技术参数：	
1、配有自锁装置，在转移时，防止担架车被误触碰，保护病人安全。	
2、担架车前后腿部有塑料缓冲杆保护；防止支脚反复的与急救车碰撞变形，且具有一定的力量的缓冲作用。	
3、担架车背板头部及上半身位置，可根据不同病情要求调节病员体位。	
4、担架车护栏采用倒伏式设计。	
5、担架车表面应平整，不应有任何尖锐的边角，边角边缘的最小半径≥0.5MM。 (提供检测报告或证明)	
6、担架车档位≥ 5 档可调。(提供检测报告或证明)	
▲7、担架车底框部分：当底架折叠收缩后，长度不超过担架车面部分长度 100mm；当底架折叠收缩后，宽度不超过担架车面部分宽度 50 mm； 担架车面尺寸展开长度：(1950±50)mm；宽度：(550+50/-20)mm，护栏长度≥500 mm，护栏高度为150mm~200mm。	
8、上车高度：折叠式救护车担架车在展开后，其上车高度≤750 mm。(提供检测报告或证明)	
▲9、担架车应至少具有 4 个脚轮，至少应有一侧端面的 2 个脚轮可在水平方向旋转 360 度，同时至少应有 2 个脚轮具有锁止装置。脚轮的直径 ≥100mm。	
10、担架车安全承重≥150kg。	
▲11、所提供检测报告或证明应符合 YY/T1638.1-2019《病人搬运设备第 1 部分：救护车担架车》标准	
▲12、担架车上车后配有固定装置，推入救护车后与车载固定轨道匹配锁定。	
三、整机原厂质保：≥3 年	
四、主要配置清单（每台）：	
1、担架车	1 台
2、输液架	1 枝
3. 设备资料/快捷操作卡	1 套

