

一、项目简介

项目名称	修蜡仪				
预算单价 (元)	5800	数量	2 套	预算总价 (元)	11600
项目经费来源	医院经费	省财政专用		科教经费	其他
					√

二、拟购置设备的主要参数、重要条款（“▲”号参数）

1、性能特点	
修蜡仪表面温度可在室温至 99℃范围内设定，用于组织石蜡包埋后，去除塑料包埋盒周边粘附的石蜡，使包埋盒边缘更平整，方便在切片机上切片，可大大提高切片质量，还可用于封闭蜡块切面便于蜡块存放。	
2、主要技术参数	
台面尺寸：≥220x300mm	
温控范围：环境温度~99℃	
电源：AC220V±10% 50Hz±1Hz	
功耗：≤300W	
二、配置清单：	
1、主机	1 台
2、电源线	1 根
3、设备快捷操作卡	1 张
4、设备资料	1 套
三、其它：	
主机保修≥3 年。	

